



ASUGI
S.C. Approvvigionamenti e Gestione Servizi
Direttore: dott. Giovanni Maria Coloni

**AVVISO ESPLORATIVO PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI
N. 1 ECOTOMOGRFO DA DESTINARE ALLA S.C. CLINICA UROLOGICA**

OGGETTO:

L’Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (ASUGI) intende procedere all’affidamento della fornitura di: **n. 1 Ecotomografo** da destinare alla S.C. Clinica Urologica dell’Ospedale di Cattinara.

DESTINAZIONE D’USO:

Esecuzione di esami ecografici urologici, ambulatoriali, interventistici in campo sterile.

CARATTERISTICHE TECNICHE E CONFIGURAZIONE MINIMA RICHIESTA, PENA ESCLUSIONE:

- consolle di comando disinfettabile con soluzioni liquide;
- n. 1 sonda transrettale triplanare (endfire e biplanare) per esami prostatici e biotici con tecnica fusion;
- n. 1 sonda convex addominale multifrequenza larga banda, dotata di comando integrato per freeze e selezione sonda;
- n. 1 sonda lineare small parts multifrequenza larga banda, dotata di comando integrato per freeze e selezione sonda
- Le sonde in dotazione devono essere tutte:
 - lavabili, disinfettabili e sterilizzabili per immersione totale (connettore incluso), compatibili con procedure Steris e Sterrad per utilizzo in campo sterile senza ausilio di cover monouso;
- predisposto all’utilizzo di sonde:
 - intraoperatorie;
 - laparoscopiche;
 - robotiche.
- disponibilità di software per elastografia utilizzabile con sonda endocavitaria.

La presenza delle caratteristiche e delle prestazioni sopra evidenziate dovrà emergere dalla documentazione presentata.

Non si accetteranno manifestazioni di interesse in grado di soddisfare solo parzialmente quanto richiesto.

IMPORTO PRESUNTO:

L'importo di spesa presunto è di € 85.000,00 IVA esclusa.

Gli operatori economici interessati all'affidamento della fornitura sono invitati a far pervenire ad asugi@certsanita.fvg.it ed in copia in formato pdf all'acquirente massimo.scommegna@asugi.sanita.fvg.it, entro e non oltre il termine del **31.07.2020**.

- una dichiarazione d'interesse sottoscritta con firma digitale;
- l'indicazione della presenza della ditta su MePa/Consip;
- documentazione tecnica e/o relazione utile a verificare la corrispondenza dell'apparecchiatura ai requisiti prestazionali e tecnici richiesti come essenziali, con particolare riferimento a ciascuna delle voci elencate nel paragrafo "CARATTERISTICHE TECNICHE E CONFIGURAZIONE MINIMA RICHIESTA PENA ESCLUSIONE"
- elenco dettagliato di tutti gli accessori implementabili sull'apparecchiatura offerta;

Per ulteriori informazioni in merito al presente avviso si può contattare il sig. Massimo Scommegna al numero telefonico 040/3992630.

Il Sostituto del Direttore S.C. Approvvigionamenti e Gestione Servizi
dott.ssa Mariagabriella Lettieri

