



S.C. APPROVVIGIONAMENTI E GESTIONE SERVIZI - 387 REG.DEC.

OGGETTO: Rettifica del decreto di indizione di una gara a procedura aperta superiore alla soglia comunitaria per l'affidamento della fornitura di n. 1 Tomografo Computerizzato (TC) Dual Energy per la S.C. Radiologia dell'Ospedale di Cattinara.

**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA
GIULIANO ISONTINA**

**DECRETO
DEL DIRETTORE GENERALE**

L'anno **duemilaventuno**
il giorno dodici del mese di MAGGIO

IL DIRETTORE GENERALE

dott. Antonio Poggiana

nominato con Delibera della Giunta Regionale n° 2266 dd. 27 dicembre 2019

OGGETTO: Rettifica del decreto di indizione di una gara a procedura aperta superiore alla soglia comunitaria per l'affidamento della fornitura di n. 1 Tomografo Computerizzato (TC) Dual Energy per la S.C. Radiologia dell'Ospedale di Cattinara.

Premesso che con decreto 325 dd. 21.04.2021 è stata disposta l'indizione di una gara a procedura aperta per l'affidamento della fornitura di n. tomografo assiale computerizzato per la S.C. Radiologia dell'Ospedale di Cattinara per un importo di € 1.500.000,00 IVA inclusa;

rilevato che conseguentemente in data 23.4.2021 è stato trasmesso alla GUCE il relativo bando di gara, che prevede, altresì, le seguenti date:

- Data scadenza richieste di chiarimento: **09.05.2021**
- Data scadenza presentazione offerte: **24.05.2021**
- Data apertura buste amministrative: **31.05.2021**;

considerato che per problemi legati all'operatività clinica della S.C. Radiologia e dell'attuale situazione pandemica non è stato possibile stabilire date utili al sopralluogo antecedenti le seguenti: **10/05/2021 – 11/05/2021 – 12/05/2021**, date che sono tutte posteriori alla data limite per la richiesta di chiarimenti;

verificato, inoltre, che da un approfondimento effettuato dalla S.C. Ingegneria Clinica in collaborazione con i sanitari della S.C. Radiologia, sui documenti di gara (Disciplinare e Capitolato), è emersa la necessità di procedere alle sottoindicate modifiche sui documenti medesimi:

CAPITOLATO SPECIALE - ARTICOLO 4 CONFIGURAZIONE E CARATTERISTICHE TECNICO/FUNZIONALI MINIME

sono stati modificati e/o eliminati i seguenti requisiti:

DETETTORI	
Requisito Precedente	Nuovo Requisito
Almeno 256 file di detettori attivi fisicamente presenti sull'asse z.	IL REQUISITO È STATO ELIMINATO
Dimensione fisica del banco di detettori lungo l'asse Z misurata all'isocentro \geq 80 mm. <i>o in alternativa</i> Dimensione fisica del banco di detettori lungo l'asse Z misurata all'isocentro \geq 38 mm con doppio tubo radiogeno.	Dimensione fisica del banco di detettori lungo l'asse Z misurata all'isocentro > 80 mm <i>o, in alternativa</i> , dimensione fisica del banco di detettori lungo l'asse Z misurata all'isocentro ≥ 57 mm nel caso di apparecchiature dotate di doppio tubo radiogeno.
Spessore dello strato non superiore a 0,625 mm.	Spessore degli strati non superiore a 0,625 mm.

SCANSIONI	
Requisito Precedente	Nuovo Requisito
Tempo massimo di scansione continua in scansione elicoidale e dinamica non inferiore ai 100 secondi.	IL REQUISITO È STATO ELIMINATO

CONSOLE DI COMANDO	
Requisito Precedente	Nuovo Requisito
almeno n. 1 monitor a schermo piatto, a colori, ad alta risoluzione e di dimensioni $\geq 23''$ in grado di visualizzare sia immagini che parametri di acquisizione;	almeno n. 1 monitor a schermo piatto, a colori, ad alta risoluzione e di dimensioni $\geq 19''$ in grado di visualizzare sia immagini che parametri di acquisizione;
pacchetto hardware e software dedicati all'esecuzione di esami coronarici e cardiologici (<i>con acquisizione prospettiva e retrospettiva, in grado di espletare un'analisi quantitativa del calcio e morfologica delle arterie coronarie</i>), con relativo monitor dedicato per la visualizzazione dell'ECG;	pacchetto hardware e software dedicati all'esecuzione di esami coronarici e cardiologici (<i>in grado di espletare anche un'analisi quantitativa del calcio e morfologica delle arterie coronarie</i>), con relativo monitor dedicato per la visualizzazione dell'ECG;

CAPITOLATO SPECIALE – ARTICOLI 8 E 10

sono stati aggiornati gli articoli: 8 “Lavori Edili ed Impiantistici” e 10 “Trasporto, Consegna, Installazione e Collaudo – Fatturazione e Pagamenti”.

DISCIPLINARE DI GARA - ARTICOLO 15 – PUNTO 13 **CONTENUTO DELLA BUSTA AMMINISTRATIVA** **DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**

È stata eliminata la seguente richiesta di documentazione:

Allegato 2 “Designazione Responsabile Trattamento Dati” compilato in tutte le sue parti, e firmato digitalmente dal legale rappresentante della ditta offerente (**dovrà essere prodotto solo dall'aggiudicatario**);

DISCIPLINARE DI GARA - ARTICOLO 18.1
CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il seguente criterio di valutazione delle caratteristiche tecnico-cliniche:

DETETTORI	Max 5,0 Punti	Criterio
DIMENSIONE FISICA DEL BANCO DI DETETTORI LUNGO L'ASSE Z MISURATA ALL'ISOCENTRO MAGGIORE DI 160 MM $Se = 160 \text{ mm } P_A = 0 — Se > 160 \text{ mm } P_A = P_{\text{Max}}$ $(P_A = \text{Punteggio Attribuito}; P_{\text{Max}} = \text{Punteggio Massimo Previsto})$	Max 4,0 Punti	Tabellare

è stato così sostituito:

DETETTORI	Max 5,0 Punti	Criterio
DIMENSIONE FISICA DEL BANCO DI DETETTORI LUNGO L'ASSE Z MISURATA ALL'ISOCENTRO (DD) $Se DD < 160 \text{ mm } P_A = 0 — Se DD \geq 160 \text{ mm } P_A = P_{\text{Max}}$ $(P_A = \text{Punteggio Attribuito}; P_{\text{Max}} = \text{Punteggio Massimo Previsto})$	Max 4,0 Punti	Tabellare

CARTELLA DI GARA TENDER_16298 – RDO RFQ_24220 – BUSTA AMMINISTRATIVA

È stato eliminato dalla documentazione richiesta il punto:

1.22 DESIGNAZIONE RESPONSABILE TRATTAMENTO DATI.

preso atto di quanto sopra, e ritenuto quindi:

- di apportare le modifiche, sinteticamente sopra evidenziate, al Capitolato Speciale e al Disciplinare di Gara nonché di prorogare i termini previsti dal Bando di Gara nel seguente modo:
 - Data scadenza richieste di chiarimento: **07.06.2021**;
 - Data scadenza presentazione offerte: **22.06.2021**;
 - Data apertura buste amministrative: **29.06.2021**;
- di approvare i documenti succitati, rettificati limitatamente a quanto qui esposto, e allegati al presente provvedimento nella loro interezza, e di disporre la pubblicazione dell'avviso di rettifica, ai sensi dell'art. 71,72 e 73 del D.Lgs 50/2016 e dell'art. 3 del DM Infrastrutture e Trasporti 2 dicembre 2016 su:
 - G.U.C.E
 - G.U.R.I.
 - Piattaforma eAppaltiFVG

- Sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
- Due quotidiani a diffusione nazionale e due a diffusione locale, per estratto;

atteso che sulla Piattaforma eAppalti FVG saranno altresì debitamente pubblicati il Disciplinare e il Capitolato come aggiornati col presente provvedimento

atteso che il Responsabile Unico del Procedimento è il dott. Giovanni Maria Coloni, Direttore della S.C. Approvvigionamenti e Gestione Servizi;

acquisito il parere favorevole del Direttore *f.f.* della S.C. Ingegneria Clinica, ing. Teresa Dell'Aquila;

rilevato che il provvedimento è proposto, d'intesa con la S.C. Ingegneria Clinica, dal Direttore della S.C. Approvvigionamenti e Gestione Servizi, che attesta la regolarità tecnica, amministrativa e la legittimità dell'atto e i cui uffici ne hanno curato l'istruzione e la redazione;

acquisito il parere favorevole del Direttore Sanitario, del Direttore Amministrativo e del Direttore dei Servizi Sociosanitari *f.f.*;

IL DIRETTORE GENERALE

DECreta

per quanto esposto in narrativa:

- di rettificare il decreto di indizione 325 dd. 21.04.2021 per la gara a procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs 50/2016 ss.mm.ii., per l'affidamento della fornitura n. 1 Tomografo Computerizzato (TC) Dual Energy per la S.C. Radiologia dell'Ospedale di Cattinara, per un importo complessivo presunto di € 1.329.000,00 (IVA esclusa), per quanto esposto in narrativa del presente atto e come da modifiche, sopra illustrate, ai documenti allegati quale parte integrante del decreto medesimo,
- di approvare quindi i nuovi Capitolato Speciale e Disciplinare di gara allegati al presente atto, quali sue parti integranti e sostanziali;
- di approvare la rettifica del Bando di Gara allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale nonché di prorogare i termini previsti dal Bando di Gara stesso nel seguente modo:
 - Data scadenza richieste di chiarimento: **07.06.2021**;
 - Data scadenza presentazione offerte: **22.06.2021**;

- Data apertura buste amministrative: **29.06.2021**;
- di disporre la pubblicazione del Bando così rettificato su:
 - G.U.C.E.;
 - G.U.R.I.;
 - Piattaforma eAppalti FVG;
 - Sito Informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
 - Due quotidiani a diffusione nazionale e due a diffusione locale, per estratto.

Nessuna spesa consegue direttamente al presente provvedimento, che diviene esecutivo dalla data della pubblicazione all'albo aziendale telematico.

IL DIRETTORE GENERALE
dott. Antonio Poggiana

Parere favorevole del
Direttore Sanitario
dott. Andrea Longanesi

Parere favorevole del
Direttore Amministrativo
dott. Eugenio Possamai

Parere favorevole del
Direttore dei Servizi Sociosanitari f.f.
dott. Fabio Samani

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: EUGENIO POSSAMAI

CODICE FISCALE: PSSGNE59M27C957L

DATA FIRMA: 12/05/2021 16:06:42

IMPRONTA: 9C32C28E3B7F30B8F945DA217B939B63CC5068E87947BB4BEE7CC18CD0BCB16C
CC5068E87947BB4BEE7CC18CD0BCB16CF3ED9D3E6BC9556A54042246DD3559E8
F3ED9D3E6BC9556A54042246DD3559E8DE1CE16FDD1216D32323F1F79AD21972
DE1CE16FDD1216D32323F1F79AD21972A76392BC4970F3D5DADB79ACA987DD10

NOME: ANDREA LONGANESI

CODICE FISCALE: LNGNDR61R19A547T

DATA FIRMA: 12/05/2021 16:11:59

IMPRONTA: 4E0AC6ED490B1BD2B6F5AFFA3B9EA79E24823C2A170B3960FB9B07918DF828E2
24823C2A170B3960FB9B07918DF828E229ACE19CD9FA9B48C4D0FEED6CA6742E
29ACE19CD9FA9B48C4D0FEED6CA6742E1892744C5D4461673A41C1C46D756CA9
1892744C5D4461673A41C1C46D756CA960DE27D565BBD59CF64AA042F09941CC

NOME: FABIO SAMANI

CODICE FISCALE: SMNFBA57C03L424I

DATA FIRMA: 12/05/2021 16:30:07

IMPRONTA: 3D6657BDE89DBC4FD9CE1DBE0A8AE176418BF13690A56BBFAEE38DB0324CD246
418BF13690A56BBFAEE38DB0324CD2465480ACFC8875AE938A74C5004624ABB6
5480ACFC8875AE938A74C5004624ABB671FE6E201870304BC7A627AABF69144E
71FE6E201870304BC7A627AABF69144E213759AAEFD2BFC3107F953D388587A3

NOME: ANTONIO POGGIANA

CODICE FISCALE: PGGNTN64M30C743F

DATA FIRMA: 12/05/2021 16:38:36

IMPRONTA: 7EE1954572DCC3839283CA79D6937B3959FC042C502F849A923ED77D4AD2BF9E
59FC042C502F849A923ED77D4AD2BF9E929513953B4F266ED29247DA853F0E4A
929513953B4F266ED29247DA853F0E4A16EED2216B5B6FFF18B3A67C5901A166
16EED2216B5B6FFF18B3A67C5901A1662E5446B85BA71EA27BC7501E5463CF6C