



SC PROVVEDITORATO - ECONOMATO / 1102

**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE  
AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA  
GIULIANO ISONTINA**

**DETERMINAZIONE  
DEL DIRETTORE DELLA  
SC PROVVEDITORATO - ECONOMATO**

OGGETTO: Indizione e affidamento della fornitura di n. 1 Sistema di Spirometria per Fisiopatologia Respiratoria destinato all'ambulatorio di Fisiopatologia Respiratoria – ospedale Maggiore della S.C. Pneumologia (€ 42.639,00). CIG: Y2F3BFB1DC CUP: G49J21015660002. SCIC.

**Il Direttore della  
SC PROVVEDITORATO - ECONOMATO**

dott. Giovanni Maria Coloni, attesta che l'atto è conforme alla programmazione aziendale nonché la legittimità e regolarità tecnica dello stesso allo stato delle conoscenze.

dott. Giovanni Maria Coloni

Trieste, 14/08/2023

**OGGETTO:** Indizione e affidamento della fornitura di n. 1 Sistema di Spirometria per Fisiopatologia Respiratoria destinato all'ambulatorio di Fisiopatologia Respiratoria – ospedale Maggiore della S.C. Pneumologia (€ 42.639,00). CIG: Y2F3BFB1DC CUP: G49J21015660002. SCIC.

Visto il D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;

vista la legge 108/2021;

vista la richiesta di sostituzione dell'attuale sistema di spirometria per fisiopatologia respiratoria in uso presso l'ambulatorio di Fisiopatologia Respiratoria della S.C. Pneumologia, come da nota prot. SCIC 2023-2608, poiché obsoleto e solo parzialmente funzionante;

atteso che, al fine di raccogliere informazioni tecniche ed economiche in relazione all'eventuale acquisizione del sistema in oggetto, è stato pubblicato sul sito istituzionale ASUGI, un avviso di indagine di mercato, prot. GENASUGI 2023-11670 del 07/02/2023;

preso atto che entro il termine del 02/03/2023 sono pervenute le relative dichiarazioni d'interesse dalle seguenti ditte:

- Cosmed S.r.l. C.F. 04646530586 e P. I. 01284691001;
- Medical Graphics Italia S.r.l. C.F e P.I. 12642600154
- Morgan Italia S.r.l. C.F e P.I. 04181370372
- Vyair Medical S.r.l. C.F. e P.I. 08086280156;

valutata la fornitura in oggetto di importo inferiore alla soglia di cui all'art. 36 comma 2) punto a) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., limite elevato ad € 139.000,00 ai sensi dell'art. 1 della Legge 11 settembre 2020 n. 120, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2010, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» "Decreto Semplificazioni" ed ulteriormente modificato con D.L. n.77/21 convertito con L. n. 108/2021;

considerato che, al fine di giustificare l'affidamento diretto ai sensi dell'art 36 c. 2 lettera a) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., allo scopo di valutare le soluzioni che meglio rispondono alle esigenze della S.C. Pneumologia in termini di efficacia, ergonomia, ed innovazione tecnologica per la destinazione d'uso prevista, è stata richiesta una prova pratica presso il reparto di destinazione della fornitura in oggetto, alle ditte di seguito indicate e che avevano fatto pervenire le dichiarazioni d'interesse a seguito di avviso prot. GENASUGI 2023-11670:

- Cosmed S.r.l. C.F. 04646530586 e P. I. 01284691001;
- Medical Graphics Italia S.r.l. C.F e P.I. 12642600154
- Morgan Italia S.r.l. C.F e P.I. 04181370372
- Vyair Medical S.r.l. C.F. e P.I. 08086280156;

atteso che, in risposta alle richieste di ASUGI, sono state concordate e svolte le prove con le seguenti ditte:

- Medical Graphics Italia S.r.l. C.F e P.I. 12642600154, in data 25/05/2023
- Morgan Italia S.r.l. C.F e P.I. 04181370372, in data 19/06/2023

- Vyair Medical S.r.l. C.F. e P.I. 08086280156, in data 07/06/2023;

preso atto che a seguito delle prove sopra indicate, la S.C. Pneumologia, come da nota prot. SCIC 2023-2340 agli atti, ha ritenuto idoneo e preferenziale per la destinazione d'uso, il sistema proposto da Medical Graphics Italia S.r.l., poiché la proposta è stata individuata come *“la più user-friendly”* ed inoltre dotata di soluzioni tecnologiche ritenute utili per la destinazione d'uso quali: *“il nebulizzatore”*, descritto come *“autonomo, si può caricare con un compressore e comunica con l'unità principale tramite blue-tooth”*, l'eventuale possibilità di *“avere il modulo FOT”*, *“l'analizzatore O<sub>2</sub>”* che *“è permanente”*, la presenza di *“un software per la ricerca dei guasti”*, la presenza di *“un'unica bombola che serve per il test e per la calibrazione”* che ne permette una *“migliore gestione economica nel tempo”*;

ritenuto pertanto, come valutato dalla S.C. Ingegneria Clinica, di procedere mediante affidamento diretto su piattaforma MePA alla ditta Medical Graphics Italia S.r.l. C.F./P.IVA 12642600154;

considerato che allo scopo è stata inviata sul portale MePA la Richiesta di Offerta n. 3678956 alla ditta su menzionata, per l'affidamento della fornitura in oggetto, fissando la base d'asta ad euro 34.950,00, oltre IVA;

dato atto che entro la scadenza prevista, cioè entro il 10/08/2023 alle ore 12:00, la società anzidetta formalizzava l'offerta che ammonta ad euro 34.950,00 più IVA, offrendo il prodotto *“PowerCube Diffusion+”*, codice 064200000, incluso di accessori vari;

dato atto che è stata verificata positivamente la documentazione amministrativa, tecnica ed economica caricata sulla piattaforma dalla ditta sopra specificata rispetto a quanto indicato nei documenti di gara;

considerato che non risultano attive convenzioni CONSIP né è prevista alcuna gara centralizzata da parte dell'ARCS/CUC della Regione Friuli Venezia Giulia per gli articoli compresi nella fornitura di cui all'oggetto;

rilevato, per i motivi sopra espressi, il ricorrere dei presupposti di merito e di importo di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), del D.lgs. 50/2016, come modificato dalla legge 108/2021, e ritenuto pertanto di affidare alla ditta Medical Graphics Italia S.r.l. C.F./P.IVA 12642600154 la fornitura di n. 1 Sistema di Spirometria per Fisiopatologia Respiratoria destinato all'ambulatorio di Fisiopatologia Respiratoria – ospedale Maggiore della S.C. Pneumologia di ASUGI;

acquisito il parere favorevole del direttore della S.C. Ingegneria Clinica, ing. Teresa dell'Aquila, i cui uffici hanno curato l'istruzione e redazione del presente provvedimento;

ritenuto di individuare quale Responsabile Unico del Procedimento il dott. Giovanni Maria Coloni e quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto il P.I. Livio Tagliapietra, collaboratore tecnico presso la S.C. Ingegneria Clinica;

visto il decreto del Direttore generale dell'ASUGI n. 1/2020 dd. 01/01/2020;

**Il Direttore della  
SC PROVVEDITORATO - ECONOMATO**

**determina**

per le motivazioni espresse nelle premesse e che qui si intendono integralmente richiamate di

1. indire una procedura sulla piattaforma MePA Consip, ai sensi del D.lgs. n. 50/2016, come modificato dalla legge 108/2021, la trattativa diretta n. 3678956 con la Ditta Medical Graphics Italia S.r.l. di Milano, C.F./P.IVA 12642600154 per la fornitura di n. 1 Sistema di Spirometria per Fisiopatologia Respiratoria destinato all'ambulatorio di Fisiopatologia Respiratoria – ospedale Maggiore della S.C. Pneumologia di ASUGI;
2. aggiudicare, per i motivi esposti in premessa, a seguito di procedura svolta sulla piattaforma MePA, la trattativa diretta n. 3678956, ai sensi del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., come modificato dalla legge 108/2021, per la fornitura di n. 1 Sistema di Spirometria per Fisiopatologia Respiratoria destinato all'ambulatorio di Fisiopatologia Respiratoria – ospedale Maggiore della S.C. Pneumologia di ASUGI, alla ditta Medical Graphics Italia S.r.l., Via Simone D'Orsenigo n. 21, 20135 Milano (MI) C.F./P.IVA 12642600154, PEC: medgraphics@pec.it, per un importo totale complessivo pari ad euro 42.639,00 (imponibile pari ad euro 34.950,00 più IVA al 22% pari ad euro 7.689,00);
3. dare atto che la spesa complessiva di euro 42.639,00 sarà imputata al conto 20.400 del bilancio dell'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina per l'esercizio 2023 da rendicontare nel piano investimenti 2022 CUP G49J21015660002;
4. provvedere alla pubblicazione del presente atto sul profilo del committente, sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi dell'articolo 29 del d.lgs. 50/2016.

Per l'avvio della fornitura non è necessaria la predisposizione del DUVRI ai sensi del d.lgs. 81/2008 così come modificato dal d.lgs. 106/2009 in quanto trattasi di mera fornitura.

Il presente provvedimento diviene esecutivo, ai sensi dell'art. 4 della L.R. 21/92, dalla data della pubblicazione all'Albo aziendale telematico

Il Responsabile dell'Istruttoria  
Valeria Procida

**Il Direttore della  
SC PROVVEDITORATO - ECONOMATO  
dott. Giovanni Maria Coloni**

# Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: GIOVANNI MARIA COLONI

CODICE FISCALE: CLNGNN64M01L424N

DATA FIRMA: 14/08/2023 21:14:29

IMPRONTA: 658FEDD8031DE699D460C8E6E51EA105470B7D606240A2EC188B58BFDCA494F4  
470B7D606240A2EC188B58BFDCA494F42FFC48D95BB8C9E1D96AD77EF5DE97F3  
2FFC48D95BB8C9E1D96AD77EF5DE97F395AD44108CD17222C8F085E7AA6D91C7  
95AD44108CD17222C8F085E7AA6D91C727872B5894CC6C45B2D81FF9FBEAEF15