



Dipartimento Tecnico  
SC Approvvigionamenti e Servizi Economici  
Direttore: dott. Giovanni Maria Coloni

**AVVISO ESPLORATIVO PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UNA COLONNA ENDOSCOPICA 4K PER LA CLINICA OTORINOLARINGOIATRA**

L’Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (ASUGI) intende procedere all’eventuale affidamento della fornitura di una colonna endoscopica da destinare alla Clinica Otorinolaringoiatra. Importo presunto 69.600,00 Euro IVA esclusa. Tale importo include la consegna, trasporto, imballo, installazione, rimozione degli imballi della nuova fornitura e/o di collegamento agli impianti esistenti o predisposizione delle eventuali modifiche necessarie, collaudo, istruzione del personale sanitario e tecnico, garanzia 24 mesi di tipo “full risk”.

Le caratteristiche richieste per la colonna sono le seguenti:

La **configurazione minima pena esclusione** per la colonna endoscopia oggetto di fornitura è la seguente:

1. Videoprocessore 4K con testa telecamera digitale 4K autoclavabile, con capacità di focalizzazione automatica da attivare con unico tasto e presenza filtro ottico digitale per la visualizzazione ed enfattizzazione della vascolarizzazione dello strato mucoso e sottomucoso (filtro NBI o similare);
2. Fonte luminosa per video processore 4K/telecamera 4K;
3. Videoprocessore con fonte luminosa integrata;
4. Monitor 4K di almeno 30 pollici di grado medicale;
5. Carrello Portastrumenti;
6. N° 1 Ottica telescopica autoclavabile;
7. Possibilità di integrazione al sistema SIO/PACS aziendale delle immagini/video prodotte (v. Allegato).

La colonna endoscopica dovrà essere compatibile con le ottiche attualmente in uso (Olympus, Storz) e deve poter essere compatibile anche con i videoendoscopi flessibili (videonasofaringoscopi), in particolare quelli con punta flessibile utilizzati per interventi di chirurgia Ultrasonica Transorale (TOUSS).

La presenza delle caratteristiche e delle prestazioni sopra evidenziate dovrà emergere dalla documentazione presentata.

Gli operatori economici interessati all'affidamento della fornitura sono invitati a far pervenire all'indirizzo [asugi@certsanita.fvg.it](mailto:asugi@certsanita.fvg.it) ed in copia in formato pdf all'acquirente [paolo.scibetta@asugi.sanita.fvg.it](mailto:paolo.scibetta@asugi.sanita.fvg.it), entro e non oltre il termine del **15.10.2020**:

- ✓ una dichiarazione di interesse, sottoscritta con firma digitale
- ✓ una scheda tecnica descrittiva in cui si evinca il possesso delle caratteristiche sopra richieste
- ✓ l'indicazione della presenza della ditta sul Portale **MePa** di Consip e/o sul Portale delle Stazioni Appaltanti della regione Friuli Venezia Giulia **eAppaltiFVG**.

L'Azienda si riserva, a proprio insindacabile giudizio, di sospendere, modificare, revocare o annullare la procedura relativa al presente avviso esplorativo e non dar seguito all'indizione della successiva gara, senza che possa essere avanzata alcuna pretesa da parte dei soggetti interessati.

Per ulteriori informazioni in merito al presente avviso si può contattare ing. Paolo Scibetta al numero telefonico 0403992940.

*Il Direttore della S.C. Approvvigionamenti e Gestione Servizi*  
*dott. Giovanni/Maria Coloni*

