

Azienda Sanitaria
Universitaria Giuliano Isontina
GENASUGI / GEN
0054320 P
15/06/2021



DIPARTIMENTO TECNICO
S.C. APPROVVIGIONAMENTI E GESTIONE SERVIZI
Responsabile del procedimento
Dott. Giovanni Maria Coloni
S.C. APPROVVIGIONAMENTI E GESTIONE SERVIZI

**INDAGINE DI MERCATO PER LA FORNITURA DI:
"SISTEMA FLOW COUPLER"
DELL'AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA GIULIANO ISONTINA - ASUGI**

L'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina intende procedere, previa pubblicazione di avviso esplorativo di indagine di mercato, all'affidamento della fornitura di un sistema di tipo "Flow Coupler" per la S.C. Chirurgia Plastica.

Nella fattispecie, trattasi di dispositivo impiantabile destinato ad essere utilizzato nelle anastomosi termino-terminali di vene nelle procedure ricostruttive microchirurgiche e vascolari, composto da una coppia di anelli impiantabili in modo permanente, che fissano l'anastomosi, e una sonda doppler rimovibile successivamente all'intervento, premontata su uno degli anelli.

Il dispositivo, tramite sonda doppler, deve essere collegabile ad un monitor multiparametrico in grado di rilevare il flusso sanguigno e confermare la pervietà del vaso anastomizzato, sia nell'intra-operatorio che nel post-operatorio.

Il dispositivo deve essere formato da una parte monouso e da una parte riutilizzabile:

- a) la parte monouso deve essere composta da:
 - una serie di anelli in polietilene di varie dimensioni (da 2,0mm a 4,0mm);
 - una sonda Doppler con un anello (di varie dimensioni);

- b) la parte riutilizzabile deve essere composta da:
 - uno strumento con punta in titanio che permette il posizionamento e l'accostamento dei due anelli
 - un calibratore/misuratore;

- due pinze per eversione dei vasi;
- una cassetta di sterilizzazione;
- monitor multiparametrico di rilevazione.

Gli operatori economici interessati all'indagine sono invitati a far pervenire una dichiarazione di interesse sottoscritta con firma digitale corredata della documentazione sotto specificata, che dovrà essere inoltrata all'indirizzo asugi@certsanita.fvg.it ed in copia in formato pdf all'acquirente tamara.oberdank@asugi.sanita.fvg.it **entro e non oltre il termine del 30/06/2021:**

- l'elenco dei materiali con indicazione degli articoli prodotti o commercializzati;
- l'eventuale dichiarazione d'esclusività del prodotto corredata di schede tecniche;
- dichiarazione di conformità dei certificati di analisi del prodotto alla "F.U." laddove previsto;
- certificazione del marchio CE
- l'eventuale commercializzazione del prodotto nel MEPA di CONSIP ed il codice con cui viene commercializzato;
- la presenza della ditta nel MEPA di CONSIP e la categoria in cui è iscritta;

Per ulteriori informazioni in merito al presente avviso si può contattare la Dott.ssa Tamara Oberdank al numero 040/3995421.

II DIRETTORE

della S.C. Approvvigionamenti e Gestione Servizi

Dott. Giovanni Maria Coloni

