



SC Approvvigionamenti e Gestione Servizi
Direttore: dott. Giovanni Maria Coloni

**AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER LA FORNITURA DI UNA CAPPА CHIMICA ASPIRANTE PER LA S.C.
(UCO) MEDICINA LEGALE DELL'OSPEDALE DI CATTINARA**

L'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina intende procedere all'eventuale affidamento sulla piattaforma Mepa di Consip della fornitura di una cappa chimica aspirante per la SC (UCO) Medicina Legale dell'Ospedale di Cattinara.

La fornitura deve avere le caratteristiche di seguito indicate.

Cappa chimica aspirante con:

- piano acciaio inox con lavello;
- tavolo supporto e mobiletto sottopiano;
- batteria filtrante idonea per lavorazione con formalina, xilolo, alcol;
- consegna, posizionamento, collegamento incluso.

L'importo presunto è pari a € 9.000,00, IVA esclusa, e si intendono comprensivi di trasporto, imballo, installazione, rimozione degli imballi della nuova fornitura e/o di collegamento agli impianti esistenti o predisposizione delle eventuali modifiche necessarie, collaudo, istruzione del personale sanitario e tecnico, garanzia 24 mesi di tipo "Full Risk".


Gli operatori economici interessati all'indagine sono invitati a far pervenire all'indirizzo asugi@certsanita.fvg.it e per conoscenza all'indirizzo valeria.procida@asugi.sanita.fvg.it, entro e non oltre il termine del **16.02.2022**:

- ✓ una proposta per i beni richiesti con l'indicazione dell'importo di spesa, tenuto conto di quanto sopra espresso, corredata da esaustive schede tecniche descrittive in cui si evinca le caratteristiche tecniche del prodotto proposto;
- ✓ l'indicazione della presenza della ditta su Mepa/Consip e della categoria in cui si è iscritta nonché l'eventuale commercializzazione del prodotto sulla piattaforma medesima;
- ✓ numero di registrazione in BD/RDM;
- ✓ certificazione CE.

L'Azienda si riserva, a proprio insindacabile giudizio, di sospendere, modificare, revocare o annullare la procedura relativa al presente avviso e non dar seguito all'indizione della successiva gara, senza che possa essere avanzata alcuna pretesa da parte dei soggetti interessati.

Per ulteriori informazioni in merito al presente avviso si può contattare l'ing. Valeria Procida al numero telefonico 040 3992630.

Il Direttore della S.C. Approvvigionamenti e Gestione Servizi
Dott. Giovanni Maria Coloni

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'G. Coloni', with a large, stylized initial 'G'.