

SC Approvvigionamenti e Gestione Servizi  
Direttore: dott. Giovanni Maria Coloni

**AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER LA FORNITURA DI UNA CAPPA CHIMICA PER LA MANIPOLAZIONE DI SOSTANZE CONTENENTI FIBRE DI AMIANTO PER LA S.C. PREVENZIONE E SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO**

L'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina intende procedere all'eventuale affidamento sulla piattaforma Mepa di Consip della fornitura di una cappa chimica per la manipolazione di sostanze contenenti fibre di amianto per la SC Prevenzione E Sicurezza Negli Ambienti Di Lavoro.

La fornitura deve avere le caratteristiche di seguito indicate.

Cappa appositamente realizzata per la manipolazione di materiali contenenti fibre di amianto, sia massivi che sotto forma di fibre aerodisperse depositate sui filtri e che assicuri la protezione sia dell'operatore che dell'ambiente, non solo nelle fasi operative di analisi, ma anche durante le fasi di manutenzione in cui è previsto il cambio dei filtri assoluti.

- Filtrazione assoluta su 2 filtri ULPA (Ultra Low Particulate Air) disposti in serie con efficienza superiore al 99,9995% MPPS su particelle uguale o superiore a  $0,3 \mu$  in classe U15 secondo le Norme EN 1822 come da certificazione del costruttore;
- Sistema di sicurezza per l'incapsulamento della superficie superiore di ciascun filtro ULPA atto ad evitare contaminazioni al personale tecnico in fase di sostituzione filtri, con asportazione dell'intero pacco filtrante in massima sicurezza
- Velocità media barriera d'aria:  $> 0,50$  m/s (modificabile);
- Sistema automatico della velocità dell'aria frontale in grado di compensare le perdite di carico dovute al progressivo intasamento dei filtri assoluti;
- Vetro frontale temperato antisfondamento a saliscendi motorizzato;
- Presa/e elettrica/che sottocappa per eventuali piccole strumentazioni;
- Contatore funzionamento cappa;
- Segnalazione sonora e visiva (display) per:
  - intasamento dei filtri assoluti ULPA mediante depressostato;
  - anomalie velocità flusso aria entrante (barriera frontale);
  - raggiunto limite di utilizzo dei filtri installati;
  - preallarme di raggiunto limite temporale massimo di uso filtri assoluti installati, con segnalazione di necessità di prossima sostituzione;
- Sistema di sicurezza per l'incapsulamento della superficie superiore di ciascun filtro ULPA atto ad evitare contaminazioni al personale tecnico in fase di sostituzione filtri, con asportazione dell'intero pacco filtrante in massima sicurezza;
- Presa per DOP test per prova di efficienza filtri;
- Intensità luminosa sul piano di lavoro:  $> 800$  lux;

- Predisposizione di idonea apertura sul vetro frontale per poter effettuare un controllo preliminare del campione per la verifica della presenza di una componente fibrosa mediante stereomicroscopio posizionato sotto camera;
- Supporto a slitta, scorrevole su binari, per movimentazione microscopio;
- Predisposizione mediante collare Ø 250 mm per la canalizzazione all'esterno dell'aria espulsa;
- Dimensioni massime indicative: lunghezza: 128 cm, profondità: 80 cm, altezza: 220 cm (incluso il cielino con il collettore per la connessione di canalizzazione).

L'importo presunto è pari a € 12.000,00, IVA esclusa, e si intendono comprensivi di trasporto, imballo, installazione, rimozione degli imballi della nuova fornitura e/o di collegamento agli impianti esistenti o predisposizione delle eventuali modifiche necessarie, collaudo, istruzione del personale sanitario e tecnico, garanzia 24 mesi di tipo "Full Risk".

Gli operatori economici interessati all'indagine sono invitati a far pervenire all'indirizzo [asugi@certsanita.fvg.it](mailto:asugi@certsanita.fvg.it) e per conoscenza all'indirizzo [valeria.procida@asugi.sanita.fvg.it](mailto:valeria.procida@asugi.sanita.fvg.it), entro e non oltre il termine del **16.02.2022**:

- ✓ una proposta per i beni richiesti con l'indicazione dell'importo di spesa, tenuto conto di quanto sopra espresso, corredata da esaustive schede tecniche descrittive in cui si evinca le caratteristiche tecniche del prodotto proposto;
- ✓ l'indicazione della presenza della ditta su Mepa/Consip e della categoria in cui si è iscritta nonché l'eventuale commercializzazione del prodotto sulla piattaforma medesima;
- ✓ numero di registrazione in BD/RDM;
- ✓ certificazione CE.

L'Azienda si riserva, a proprio insindacabile giudizio, di sospendere, modificare, revocare o annullare la procedura relativa al presente avviso e non dar seguito all'indizione della successiva gara, senza che possa essere avanzata alcuna pretesa da parte dei soggetti interessati.

**Il Direttore della S.C. Approvvigionamenti e Gestione Servizi**

**Dott. Giovanni Maria Coloni**

