

ASUGI  
S.C. Provveditorato Economato  
Direttore: dott. Giovanni Maria Coloni

**AVVISO DI MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI  
n. 1 CABINA AUDIOMETRICA per la SC (UCO) CLINICA OTORINOLARINGOIATRICA DI ASUGI**

**OGGETTO e DESTINAZIONE D'USO:**

L'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (ASUGI) intende procedere all'affidamento della fornitura di n. 1 CABINA AUDIOMETRICA per la SC (UCO) CLINICA OTORINOLARINGOIATRICA destinata ad analisi cliniche e diagnostiche, da installare presso il poliambulatorio dell'ospedale di Cattinara – Trieste.

La fornitura sarà comprensiva di smontaggio e smaltimento della cabina esistente (servizio opzionale), installazione, formazione e garanzia FULL RISK per almeno 24 mesi.

La presente manifestazione d'interesse ha lo scopo d'individuare gli operatori economici interessati alla fornitura in oggetto e con le caratteristiche sotto elencate. Al fine di valutare al meglio lo stato di fatto, gli accessori e gli eventuali oneri d'installazione, si rende obbligatorio un sopralluogo presso il poliambulatorio dell'ospedale di Cattinara – Trieste.

**Eventuali requisiti non presenti nei prodotti proposti dovranno essere indicati e relazionati descrivendone almeno l'equivalenza. Le proposte non aderenti alle richieste saranno valutate ai fini della successiva procedura di affidamento.**

Si precisa sin d'ora che la procedura di gara sarà espletata mediante il Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) e/o sul Portale delle Stazioni Appaltanti della Regione Friuli Venezia Giulia eAppaltiFVG.

**CARATTERISTICHE TECNICHE E CONFIGURAZIONE RICHIESTA:**

n. 1 cabina audiometrica con seguenti caratteristiche:

- Soluzione modulare con telaio autoportante con elevato isolamento acustico;
- Dimensioni interne utili circa 2 m x 2 m;
- Peso massimo a mq < a 300 kg;
- Materiali esterni ed interni ignifughi, lavabili, resistenti e sanificabili;

- Porta con accesso minimo utile di 75 cm, compresa di rampa di accesso per pazienti su carrozzina, con maniglione antipánico, dotata di guarnizioni magnetiche;
- Finestra di osservazione di dimensioni idonee;
- Basamento acustico flottante antivibrazioni. Superficie interna lavabile;
- Sistema di ventilazione forzata per il ricambio d'aria silenziato;
- Pannello di collegamento strumentazione universale, con il passaggio diretto dei cavi senza interruzione, posizionato sotto la finestra di osservazione; Apparecchiatura oggi in uso – Impedenzometro ZODIAC 2020 - NATUS MEDICAL SRL, audiometro ASTERA;
- Supporti interni per accessori (casse, cuffie, altro) per garantire l'utilizzo delle apparecchiature in uso;
- Tavolo esterno porta apparecchiature e PC;
- Impianto elettrico con quadro dedicato, interruttori differenziali, canaline non a vista, illuminazione LED, almeno 4 prese di alimentazione a 230V, 50-60Hz all'interna della cabina, interruttori separati per illuminazione e ventilazione; Deve essere fornita la dichiarazione di rispondenza dell'impianto elettrico;
- L'isolamento acustico deve essere certificato presso un Istituto accreditato;

La fornitura dovrà essere conforme a:

- ISO 8253 1: 2010
- 93/42/CEE e smi o MDR 2017/745
- CEI 64/11
- CEI 64/8
- 2014/35/UE
- D.Lgs. 81/2008;

#### **IMPORTO PRESUNTO:**

L'importo di spesa presunto è di € 30.000,00 IVA esclusa.

#### **EVENTUALI OPZIONI O RINNOVI:**

Servizio di smontaggio e smaltimento della cabina esistente.

#### **MODALITA' E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D'INTERESSE**

Gli operatori economici interessati all'affidamento della fornitura sono invitati a far pervenire all'indirizzo PEC: [asugi@certsanita.fvg.it](mailto:asugi@certsanita.fvg.it) ed in copia in formato .pdf all'acquirente [francesco.barbagli@asugi.sanita.fvg.it](mailto:francesco.barbagli@asugi.sanita.fvg.it), entro le ore 12.00 del giorno 31.03.2023:

- Una manifestazione d'interesse, sottoscritta digitalmente, indicando nell'oggetto "Avviso di manifestazione d'interesse per un – cabina audiometrica per ORL Cattinara" contenente:

- Ragione Sociale, Partita IVA, Codice Fiscale e Recapiti del mittente (indirizzo, numero di telefono, indirizzo e-mail) per eventuali comunicazioni;
- Schede tecniche dell'apparecchiatura proposta che comprovi, in maniera chiara e inequivocabile, la corrispondenza dell'apparecchiatura alla destinazione d'uso prevista e ai requisiti tecnici richiesti elencati nel paragrafo "*Caratteristiche Tecniche e Configurazione Richiesta*";
- Relazione tecnica che evidenzi le peculiarità dell'apparecchiatura proposta, ai fini della valutazione di merito (comprese tabelle di isolamento acustico e riverbero interno);
- una proposta economica con l'indicazione dell'importo "di mercato" per:
  - la cabina audiometrica nella configurazione richiesta, compresa di consegna, installazione e formazione;
  - il costo per il servizio di smontaggio e smaltimento (opzionale);
- tempi di fornitura previsti in gg dalla data di ordine;
- numero di registrazione in BD/RDM;
- l'indicazione della presenza della ditta sul Portale **MePa** di Consip, includendo il bando e categoria merceologica di iscrizione, e/o sul Portale delle Stazioni Appaltanti della Regione Friuli Venezia Giulia **eAppaltiFVG**;
- verbale di avvenuto sopralluogo;

**La presenza delle Caratteristiche Tecniche e della Configurazione richiesta sopra evidenziate dovrà emergere dalla documentazione presentata.**

**Eventuali requisiti non presenti nei prodotti proposti dovranno essere indicati e relazionati descrivendone almeno l'equivalenza. Le proposte non aderenti alle richieste saranno valutate per la successiva procedura.**

Si precisa che ai fini dell'osservanza del termine ultimo sopra indicato farà fede la data di ricezione nella casella PEC dell'ASUGI, intendendosi l'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina esonerata da ogni responsabilità per gli eventuali ritardi di recapito o per l'invio a indirizzi PEC diversi da quello sopra indicato. Le manifestazioni d'interesse pervenute successivamente alla scadenza precedentemente indicata o inviate mediante modalità diverse dalla Posta Certificata **saranno automaticamente escluse.**

#### **SOPRALLUGO e CHIARIMENTI**

Per ulteriori informazioni in merito al presente avviso si può contattare l'ing. Francesco Barbagli al numero telefonico 320 4205507 e, per il sopralluogo PI Massimo Giuliani 3204644799.

**Il Direttore S.C. Provveditorato Economato**

**dott. Giovanni Maria Coloni**  
