

AVVISO ESPLORATIVO PER LA FORNITURA DI:

“DISPOSITIVI/KIT PER IL FISSAGGIO DI SUTURE CHIRURGICHE E RELATIVI PUNTI FISSATORI tipo COR KNOT o equivalente” PER L’AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA GIULIANO ISONTINA”

L’Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano-Isontina (ASUGI) intende procedere ad affidare la fornitura di dispositivi/kit per il fissaggio di suture chirurgiche e relativi punti fissatori tipo COR KNOT o equivalente per la S.C. Cardiochirurgia.

La fornitura richiesta deve avere i seguenti requisiti:

- i dispositivi richiesti devono essere forniti unitamente al fissatore in titanio, devono essere indicati per il fissaggio e il taglio della sutura nel corso di procedure di chirurgia generale e cardiovascolare, sia open che mini-invasiva;
- ciascuna confezione deve essere sterile e contenere i dispositivi per l’uso su un solo paziente;
- il fissatore deve essere caricato nell’estremità distale di uno stelo lungo circa 31 cm e con diametro di 5 mm. Sull’estremità prossimale del dispositivo vi devono essere un’impugnatura e una leva. Premendo la leva, il dispositivo crimpa il fissatore presso il sito di chiusura consentendo di tagliare le code di sutura in eccesso;
- quando il dispositivo è caricato con un fissatore ed è posizionato in modo appropriato al sito di sutura, deve essere possibile premere la leva per fissare e tagliare la sutura all’istante;
- il titanio chirurgico usato nel fissatore non deve essere assorbito dal corpo e normalmente non deve essere associato a importanti reazioni infiammatorie.

Gli operatori economici interessati all'affidamento della fornitura sono invitati a far pervenire una dichiarazione di interesse sottoscritta con firma digitale corredata della documentazione sotto specificata che dovrà pervenire all’indirizzo: asugi@certsanita.fvg.it ed in copia in formato pdf all’acquisitore francesca.vignandel@asugi.sanita.fvg.it, **entro e non oltre il termine del 28/04/2023:**

- l’elenco dei materiali con indicazione degli articoli prodotti o commercializzati;

- l'eventuale dichiarazione d'esclusività/infungibilità del prodotto corredata di schede tecniche;
- dichiarazione di conformità dei certificati di analisi del prodotto alla "F.U." laddove previsto;
- certificazione di marchio CE
- l'eventuale commercializzazione del prodotto nel MEPA di CONSIP ed il codice con cui viene commercializzato;
- la presenza della ditta nel MEPA di CONSIP e la categoria in cui è iscritta.

Per ulteriori informazioni in merito al presente avviso si può contattare la dott.ssa Francesca Vignandel al numero telefonico 040/3995179 - 5133 (segreteria).

I quantitativi costituenti il fabbisogno dell'ASUGI verranno comunicati successivamente, in sede di negoziazione.

Il DIRETTORE della S.C. Provveditorato-Economato

Dott. Giovanni Maria Coloni

