ASUGI - DAGS-AB-1
GENASUGI
0045264 - P
25/05/2023

ASUGI
Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO
S.C. PROVVEDITORATO-ECONOMATO

Responsabile del Procedimento
Dott. Giovanni Maria Coloni
email ua@asugi.sanita.fvg.it

Responsabile dell'istruttoria
Arianna Portaleoni tel. 040.3995170
e-mail: arianna.portaleoni@asugi.sanita.fvg.it

AVVISO ESPLORATIVO PER LA FORNITURA IN FULL SERVICE DI REATTIVI E CONSUMABILI CON MESSA A DISPOSIZIONE DI UN ESTRATTORE DI ACIDI NUCLEICI
CIG 9819136F59

CHIARIMENTI

In merito all'avviso per la fornitura di cui sopra, pubblicato in data 12/05/2023 con prot. n. 0041389 e avente scadenza al 29/05/2023, si precisa quanto segue:

-Tubi primari: prevedete di inserire la provetta del campione direttamente in strumento o va bene anche un'aliquota del campione?
Prevediamo di poter inserire direttamente nello strumento la provetta primaria del campione, almeno per le principali tipologie di provette (es provette sangue tipo vacutainer e tamponi tipo copan).

- Addizione controlli interni: cosa intendete per controlli interni? Un controllo che assicuri la corretta estrazione a livello tecnico strumentale? O un DNA/RNA standard?
Per controlli interni intendiamo i controlli esogeni che vengono generalmente forniti nei diversi kit diagnostici di real time PCR e che vanno aggiunti al campione in fase di estrazione, per valutare la corretta estrazione (e successiva amplificazione) degli acidi nucleici.

Il Direttore della
S.C. Provveditorato-Economato
Dott. Giovanni Maria Coloni