

DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO
S.C. PROVVEDITORATO-ECONOMATO

Responsabile del Progetto
Dott.ssa Mariagabriella Lettieri
email ua@asugi.sanita.fvg.it

Responsabile dell'istruttoria
Arianna Portaleoni
e-mail arianna.portaleoni@asugi.sanita.fvg.it

AVVISO ESPLORATIVO PER LA FORNITURA DI: UN SISTEMA DIAGNOSTICO PER MALATTIA DI ALZHEIMER E DOSAGGIO DI NEUROFILAMENTI

L'Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina (ASUGI) intende espletare un'indagine di mercato per l'affidamento della seguente fornitura, anche in modalità congiunta al fine di garantire le necessità aziendali:

Il sistema deve possedere le seguenti specifiche indispensabili:

- 1) strumento da banco con metodica in chemiluminescenza completamente automatico
- 2) produttività di almeno 50 test immunometrici/ora
- 3) utilizzo di puntali monouso per ridurre al minimo il carry-over e le procedure di pulizia
- 4) Utilizzo di cartucce monotest per assicurare la miglior stabilità dei reagenti, per evitare sprechi e ridurre la quantità di rifiuti
- 5) confezioni dei reagenti inferiori a 50 test, per razionalizzare l'utilizzo ed evitare sprechi
- 6) stabilità della calibrazione di ciascun singolo analita per almeno 30 giorni
- 7) volume di campione (liquor) \leq 75 microlitri oltre al volume morto della provetta

Lo strumento deve eseguire i seguenti test con marcatura CE-IVD, comprensivi di calibratori e controlli (250 test/anno per ciascun analita):

- Total tau su liquor
- P - tau su liquor
- Beta amiloide 1-40 su liquor
- Beta amiloide 1-42 su liquor

Si richiedono inoltre i seguenti test (anche *Research Use Only*):

- P-tau su plasma
- Beta amiloide 1-40 su plasma
- Beta amiloide 1-42 su plasma
- Neurofilamenti a catena leggera su liquor
- Neurofilamenti a catena leggera su plasma

La fornitura dovrà inoltre comprendere:

- 1) l'installazione e la messa in opera della piattaforma dedicata
- 2) l'eventuale interfacciamento al LIS del Laboratorio
- 3) l'assistenza tecnica *full-risk* per tutta la durata del contratto, compresa l'eventuale sostituzione di parti soggette ad usura
- 4) il piano di formazione del personale utilizzatore
- 5) l'eventuale aggiornamento tecnologico a titolo gratuito sia per i test che per lo strumento
- 6) la disponibilità, senza ulteriori oneri, di eventuali altri reagenti e/o consumabili che si rendano necessari, e che al momento non sono prevedibili

Gli operatori economici interessati all'affidamento della fornitura sono invitati a far pervenire una dichiarazione di interesse sottoscritta digitalmente corredata da:

- un preventivo con indicazione dei prezzi a test e a confezione per ogni prodotto, nomi commerciali, codici prodotto, RDM, CND, PARAF;
- le schede tecniche ovvero le schede di sicurezza dei prodotti, certificazioni di conformità CE (se previste dalla norma);
- eventuale dichiarazione di esclusività di commercializzazione;
- indicazione dell'iscrizione del fornitore in Consip per la categoria merceologica di interesse e/o eAppaltiFVG.

Quanto sopra richiesto dovrà pervenire all'indirizzo PEC asugi@certsanita.fvg.it ed in formato pdf all'acquirente arianna.portaleoni.asugi.sanita.fvg.it entro il giorno 4 marzo pv.

Il Direttore della S.C. Provveditorato-Economato
dott.ssa Mariagabriella Lettieri

