

AS
S.C. Approvvigionamenti e Gestione Servizi
Direttore: dott. Giovanni Maria Coloni

**AVVISO DI MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI
N. 1 CONTENITORE CRIOBIOLOGICO PER LO STOCCAGGIO DI UNITA DI CELLULE STAMINALI E LINFOCITI
PER IL SERVIZIO DI MEDICINA TRASFUSIONALE DI ASUGI**

OGGETTO e DESTINAZIONE D'USO:

L'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (ASUGI) intende procedere all'affidamento della fornitura di **n. 1 contenitore criobiologico per lo stoccaggio di unita di cellule staminali e linfociti** per il Servizio di Medicina TrASFusionale di ASUGI. Il contenitore criobiologico oggetto della fornitura dovrà essere installato presso la criobanca sita nell'ospedale IRCCS Burlo Garofolo di Trieste. Dovrà essere collegato funzionalmente con il sistema di gestione della linea criogenica in uso, gestita da AirLiquide.

Deve essere indicata nella documentazione richiesta i tempi di fornitura del contenitore criobiologico. Verranno considerato prioritariamente le proposte con forniture in pronta consegna.

Si precisa sin d'ora che la procedura di gara sarà espletata mediante il Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) e/o sul Portale delle Stazioni Appaltanti della Regione Friuli Venezia Giulia eAppaltiFVG.

CARATTERISTICHE TECNICHE E CONFIGURAZIONE MINIMA RICHIESTA:

N. 1 CONTENITORE CRIOBIOLOGICO PER LO STOCCAGGIO DI UNITA DI CELLULE STAMINALI E LINFOCITI con le seguenti caratteristiche e dotazioni:

- Contenitore criobiologico per la conservazione di unità di cellule staminali emopoietiche/linfociti/altri prodotti biologici, in vapori di azoto;
- Temperatura garantita al limite superiore delle armadiature, < a -150 °C;
- Capacità di stoccaggio pari a 300 di cassette metalliche (minimo 250). Cassette di dimensioni pari a 288mm x 164mm x 17mm per sacche da 750 ml;
- Ingombro esterno del contenitore (escluso scale) di circa 1 metro;
- Cestello interno rotante solo in caso di contenitore a "bocca stretta";
- Coperchio completo di serratura;
- Armadiatura e telai in acciaio INOX e cassette in alluminio

- Cassette compatibili con i telai attualmente in uso per un rapido trasferimento dei campioni in caso di emergenza;
- Dotato di almeno due sensori di temperatura, uno sul limite inferiore ed uno sul limite superiore del contenitore;
- Dotato di sensori di livello dell'azoto liquido;
- Display per la lettura istantanea e contemporanea della temperatura e del livello di azoto all'interno del contenitore.
- Centralina idonea per il collegamento con il sistema di gestione della linea e degli allarmi. Devono quindi essere resi disponibili le informazioni di livello e temperatura, compresa quindi l'esportazione dei segnali di allarme. I protocolli della centralina devono essere "aperti" da parte del produttore e renderli compatibili con il sistema di gestione della sala in uso - AirLiquide;
- Deve consentire anche l'eventuale carica manuale;
- Elettrovalvola con gas-bypass;
- Completo di armadiatura, telai e cassette, flessibile di collegamento alla linea e, se necessario, scale;

La fornitura dovrà essere conforme a:

- Direttiva Europea Dispositivi Medici 93/42/CE (D.Lgs. 46 del 24/02/1997 e ss.mm.ii.) o Regolamento UE 2017/745 – MDR (compreso software);
- D.Lgs. 81/2008;
- norme IEC EN 60601 (CEI 62.5) e specifiche di pertinenza.

IMPORTO PRESUNTO:

L'importo di spesa presunto è di € 50.000,00 IVA esclusa, compresa garanzia di 24 mesi FULL RISK.

MODALITA' E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D'INTERESSE

Gli operatori economici interessati all'affidamento della fornitura sono invitati a far pervenire all'indirizzo PEC: asugi@certsanita.fvg.it ed in copia in formato .pdf all'acquirente francesco.barbagli@asugi.sanita.fvg.it, entro le ore 12.00 del giorno 10.10.2022:

- Una manifestazione d'interesse, sottoscritta digitalmente, indicando nell'oggetto "**n. 1 contenitore criobiologico per lo stoccaggio di unita di cellule staminali e linfociti**" contenente:
 - Ragione Sociale, Partita IVA, Codice Fiscale e Recapiti del mittente (indirizzo, numero di telefono, indirizzo e-mail) per eventuali comunicazioni;
 - documentazione tecnico-scientifica e/o relazione che comprovi, in maniera chiara e inequivocabile, la corrispondenza dell'apparecchiatura alla destinazione d'uso prevista e ai requisiti tecnici richiesti elencati nel paragrafo "*Caratteristiche Tecniche e Configurazione Minima Richiesta, Pena Esclusione*";
 - una proposta per i beni richiesti con l'indicazione dell'importo di spesa;

- tempi di fornitura previsti in gg dalla data di ordine;
- elenco dettagliato delle opzioni e degli accessori implementabili sull'apparecchiatura offerta;
- numero di registrazione in BD/RDM;
- l'indicazione della presenza della ditta sul Portale **MePa** di Consip, includendo il bando e categoria merceologica di iscrizione, e/o sul Portale delle Stazioni Appaltanti della Regione Friuli Venezia Giulia **eAppaltiFVG**.

La presenza delle Caratteristiche Tecniche e della Configurazione Minima richiesta sopra evidenziate dovrà emergere dalla documentazione presentata.

Non saranno accettate manifestazioni di interesse in grado di soddisfare solo parzialmente quanto richiesto.

Si precisa che ai fini dell'osservanza del termine ultimo sopra indicato farà fede la data di ricezione nella casella PEC dell'ASUGI, intendendosi l'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina esonerata da ogni responsabilità per gli eventuali ritardi di recapito o per l'invio a indirizzi PEC diversi da quello sopra indicato. Le manifestazioni d'interesse pervenute successivamente alla scadenza precedentemente indicata o inviate mediante modalità diverse dalla Posta Certificata **saranno automaticamente escluse**.

CHIARIMENTI

Per ulteriori informazioni in merito al presente avviso si può contattare l'ing. Francesco Barbagli al numero telefonico 320 4205507.

Il Direttore S.C. Approvvigionamenti e Gestione Servizi

dott. Giovanni Maria Coloni

(f.to digitalmente)



Documento firmato da:
GIOVANNI MARIA COLONI
03.10.2022 15:58:21 UTC